

1.01 / Ime artikla

HOTGEN TEST ANTIGENA COVID-19 (koloidno zlato) – 20kom-COD. EG19A20

1.02 / Uvoznik

Kimesta d.o.o.

1.03 / Država porekla

Kitajska

1.04 / CE Certifikati

Na voljo na zahtevo

1.05 / Predvidena uporaba

Za diagnosticiranje patogenov

1.06 / Direktive

Direktiva IVDD 98/79/CE

1.07 / Standardi

EN ISO 13485:2016, EN ISO 15223-1:2016, EN ISO 14791:2012, EN ISO 13975:2003, EN ISO 18113-1:2011, EN ISO 18113-2:2011, EN ISO 13612:2002, EN ISO 17511:2003, EN ISO 23640:2015, EN ISO 13641:2002, EN ISO 13975:2003, EN ISO 62366:2008

1.08 / REF št.

HGCG134A0120

1.09 / RDM št.

2028199

1.10 / Opis

In vitro komplet za kvalitativno določanje novega antigena koronavirusa z uporabo brisa nazofarinksa in/ali grla. Rezultat v 15 minutah. Visoka natančnost, specifičnost in občutljivost. 20 testnih paketov.

1.11 / Priporočena uporaba

Hitra preiskava diagnoze za domnevne primere koronavirusa za profesionalno uporabo.

1.12 / Skladiščenje ter navodila za uporabo

Shranjujte pri temperaturi med 4 ° in 30 °

Shranjujte na suhem mestu

Ne izpostavljajte neposredno sončni svetlobi



2.01/ Primarna embalaža

Količine	20 kosov
Dimenzije	n.d.
Teža – material	n.d. – kartonček

2.02 / Sekundarna embalaža

Količina	400 kosov
Dimenzije	n.d.
Teža – material	n.d.. – valovit karton
Paleta	n.d.